

नमूना मांग संख्या :- RDKL/FW/2324/SR00064 & 65

नमूना कोड :- 2324/RDKL/FW/FW/L00127

n / L00128

नमूनों की संख्या :- 01+01

पैरामीटर :- Na^+ K^+

नमूना प्राप्त होने की तारीख :- 19.02.24

नमूना विश्लेषण की तारीख :- 19.02.24

परिणाम जमा करने की तारीख :- 23.02.24

परिवेशक का नाम :- मो अब्दुर रफीक

Na^+ (MDL-0.1mg/L)

K^+ (MDL-0.1mg/L)

मानक अंशंकन परिणाम

(Na^+)

(K^+)

1. Blank - - 0.02

1. Blank - 0.01

2. Stand-1.0 (mg/L) - 1.04

2. Stand-1.0 (mg/L) - 1.02

3. Stand-4.0 (u) - 4.04

3. Stand-4.0 (u) - 4.02

4. Stand-5.0 (u) - 5.06

4. Stand-5.0 (u) - 5.04

क्र सं	नमूना कोड	सोडियम (Na^+)			पोटेशियम (K^+)		
		नमूना	परिभाषक	सांद्रता	नमूना	परिभाषक	सांद्रता
1.	2324/RDKL/FW/FW/L00127	Direct	out	-	Direct	out	
		5D	out	-	2D	2.74	5.48
		10D	out	-		≈	5.5
		20D	out	-			
		40D	3.94	157.6			✓
2.	2324/RDKL/FW/FW/L00128	Direct	out	-	Direct	1.90	1.90
		4D	3.68	14.72		≈	1.9
			≈	14.7			✓

तपन मुखोपाध्याय

19.02.24

Signature

19.02.24