

नमूना मांग संख्या:- RDKL/FW/2324/SR00018, 19, 20

नमूना कोड:- 2324/RDKL/FW/FW/L00017, 18, 19

नमूनों की संख्या:- 01+01+01

पैरामीटर:- सोडियम ( $\text{Na}^+$ ), पटाशियम ( $\text{K}^+$ )

नमूना प्राप्त होने की तारीख:- 18.10.23.

नमूना विश्लेषण की तारीख:- 19.10.23.

परिणाम जमा करने की तारीख:- 31.10.23.

परिवेक्षक का नाम:- अ. रफीक.

सोडियम ( $\text{Na}^+$ ) (BL &  $< 0.5 \text{ mg/L}$ ) पटाशियम ( $\text{K}^+$ ) (BL &  $< 0.4 \text{ mg/L}$ )  
जोती दोसीभायी की 1.0 मिग्रा/ली एवं 5.0 मिग्रा/ली सोडियम  
एवं पटाशियम मानक शासनायनिक द्रवण से अंशांकित किया गया है,

मानक अंशांकन परिणाम:-

सोडियम ( $\text{Na}^+$ )

पटाशियम ( $\text{K}^+$ )

1. Blank - 0.00

1. Blank - 0.00

2. 1.0 mg/L - 1.01

2. 1.0 mg/L - 0.99

3. 5.0 n - 5.04

3. 5.0 n - 4.98

4. 3.0 n - 3.03

4. 3.0 n - 2.98

क्र.सं.	नमूना कोड	$\text{Na}^+$			$\text{K}^+$		
		नमूना	परिमाणक परिणाम	परिमाणक परिणाम	नमूना	परिमाणक परिणाम	परिमाणक परिणाम
			मात्रा (mg/L)	मात्रा (mg/L)		मात्रा (mg/L)	मात्रा (mg/L)
1.	2324/RDKL/FW/FW/L00017	Direct	out	-	Direct	1.55	1.55
		4D	2.62	10.48			$\approx 0.2$
				$\approx 10$			
2.	2324/RDKL/FW/FW/L00018	Direct	out	-	Direct	2.14	2.14
		5D	4.91	24.55			$\approx 0.2$
				$\approx 25$			
3.	2324/RDKL/FW/FW/L00019	Direct	out	-	Direct	2.66	2.66
		5D	out	-			$\approx 0.3$
		10D	3.51	35.1			
				$\approx 35$			

लक्ष्मण मुश्रीवाचार्य  
19.10.23

अ. रफीक  
30.10.23